



171021110579



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L7901

# 检验检测报告

## TEST REPORT



STFWT20209215

产品名称

Product Name

隔离衣

委托单位

Trust Unit

浙江华福医用器材有限公司

生产单位

Manufacturer

浙江华福医用器材有限公司

检验检测类别

Test Category

委托送样检验



江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心  
JIANGSU QUALITY SUPERVISION AND INSPECTION CENTER FOR SPECIAL SAFETY PROTECTION PRODUCTS



# 检 验 检 测 报 告

## Test Report

STFWT20209215

共 2 页 第 1 页

Page 1 of 2

产品名称 Product Name	隔离衣	规格型号 Specification Type	Large		
		商标 Trademark	华福		
委托单位 Trust Unit	浙江华福医用器材有限公司	电话 Tel			
生产单位 Manufacturer	浙江华福医用器材有限公司	样品等级 Sample Grade			
检验检测类别 Test Category	委托送样检验	送样日期 Sample Receiving Date	2020-04-13		
样品数量 Sample Quantity	2 套	批号/货号 Serial Number	200415		
样品状态 Samples Conditions	符合检测要求				
检验检测及判定依据 Document and Decide Accordance	GB 19082-2009 《医用一次性防护服技术要求》				
检验检测结论 Test Conclusion	检验项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检验检测结果 Results	单项评价 Individual Judgment
	表面抗湿性/级 (液体阻隔功能)	—	沾水等级 ≥3	沾水等级 4-5、4-5、4-5	合格
	抗渗水性 (液体阻隔功能)	kPa	≥1.67	>2.0	合格
				签发日期: 2020-04-22 SignatuimDate	
备注 Remarks	本报告仅对来样负责。				



批准:  
Approver

*钱辉*

审核:  
Examiner

*吴亮亮*

主检:  
Major tester

*卜素兰*

# 检验检测报告

## Test Report

STFWT20209215

共 2 页 第 2 页

Page 2 of 2

### 样品图片



——以下空白——

印章

# 注 意 事 项

- 1、检验检测报告无“检验检测报告专用章”或检验检测单位公章无效。
- 2、复制检验检测报告未重新加盖“检验检测报告专用章”或检验检测单位公章无效。
- 3、检验检测报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、检验检测报告涂改无效。

## Points For Attention

1. This Report Is Invalid If Without “The Text Report Special Seal” Or The Official Seal Of The Institute.
2. The Reproduction Is Invalid If Without Being Confirmed By “The Text Report Special Seal” Or The Official Seal Of The Institute.
3. This Report Is Invalid If Without Signature Of The Major Tester And The Examiner And The Approver.
4. This Report Is Invalid If In Any Form By Any Means Altered.

检验检测机构地址：江苏省泰州市高港区临港经济园临港大道166号

The Institute Add: Lingang Road 166, Lingang Economic Park, Gaogang, Taizhou, Jiangsu

检验检测机构监督电话：0523-86989901

The Institute Complain Tel:0523-86989901

检验检测机构业务电话：0523-86989959

The Institute Business Tel:0523-86989959

检验检测机构传真：0523-86989939

The Institute Fax:0523-86989939

检验检测机构邮编：225300

The Institute Post:225300

检验检测机构网址：www.jstfzx.com

The Institute Web:www.jstfzx.com

检验检测机构邮箱：1735889887@qq.com

The Institute E-mail:1735889887@qq.com

