


Prüfbericht-Nr.: Test Report No.:	60371230 001	Auftrags-Nr.: Order No.:	190126182	Seite 1 von 14 Page 1 of 14
Kunden-Referenz-Nr.: Client Reference No.:	2250983	Auftragsdatum: Order date:	2020-05-11	
Prüfgegenstand: Test item:				
Disposable Medical Mask				
Bezeichnung / Typ-Nr.: Identification / Type No.:				
WSX-Y1				
Auftrags-Inhalt: Order content:				
Type test				
Prüfgrundlage: Test specification:				
EN 14683:2019+AC:2019 (except for Clause 5.2.6 Biocompatibility)				
Wareneingangsdatum: Date of receipt:				
2020-04-24				
Prüfmuster-Nr.: Test sample No.:				
Engineering sample				
Prüfzeitraum: Testing period:				
2020-04-24 to 2020-05-15				
Ort der Prüfung: Place of testing:				
See page 3				
Prüflaboratorium: Testing laboratory:				
TÜV Rheinland (China) Ltd.				
Prüfresultat*: Test result*:				
Pass				
				
geprüft von / tested by: 2020-05-27 Zhang Mengdi / Project Engineer		kontrolliert von / reviewed by: 2020-05-27 Han Dong / Reviewer		
Datum Date	Name / Stellung Name / Position	Unterschrift Signature	Datum Date	Name / Stellung Name / Position
Sonstiges / Other: The test report consists of EN 14683 test report including this cover page (14 pages). Clause 5.2.6 Biocompatibility is not evaluated in this report.				
Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: Condition of the test item at delivery:		Prüfmuster vollständig und unbeschädigt Test item complete and undamaged		
* Legende: 1 = sehr gut 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n) F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n) N/A = nicht anwendbar NT = nicht getestet				
Legend: 1 = very good 2 = good 3 = satisfactory 4 = sufficient 5 = poor P(ass) = passed a.m. test specification(s) F(ail) = failed a.m. test specification(s) N/A = not applicable NT = not tested				
Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens.				
<i>This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.</i>				